

**PYTANIE I ODPOWIEDŹ
I MODYFIKACJA SIWZ**

Nr sprawy: **O-ZP.271.57.2013**

dotyczy: **Wypożyczenie laboratorium koloru – zakup sprzętu laboratoryjnego i mebli do laboratorium w ramach projektu Wypożyczenie Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku**

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 24.09.2013 r. udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Prosimy o wyznaczenie daty i godziny, kiedy można dokonać wizji lokalnej.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Termin wyznaczenia wizji lokalnej jest do uzgodnienia z Parkiem Naukowo-Technologicznym w Ełku, w którym ma znajdować się laboratorium koloru.

Pytanie nr 2

We wzorze umowy paragraf 8 jest wymagany 36-miesięczny okres gwarancji, gdy jednocześnie zamawiający w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wskazuje inne terminy gwarancji od 12-36 miesięcy, które wartości należy uznać za prawidłowe.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, chyba że termin w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowi inaczej.

Pytanie nr 3

Zamawiający we wzorze umowy informuje, że 30% należytego zabezpieczenia umowy zostanie zwrócone po zakończeniu umowy – kiedy to nastąpi – czy po realizacji dostawy, czy po zakończeniu okresu gwarancji (36 miesięcy, czy mniej)?

Odpowiedź na pytanie nr 3

70% należytego zabezpieczenia umowy zostanie zwrócone po realizacji dostaw potwierdzonych protokołem odbioru sprzętu, 30% po upływie okresu rękojmi za wady.

Pytanie nr 4

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 2 jest „wymagane parametry techniczne wagi nr 2, zakres 42g” czy nie powinno być 4200g?

Odpowiedź na pytanie nr 4

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 2 „wymagane parametry techniczne wagi nr 2, zamiast „zakres 420” powinno być „zakres 4200 g”.

Modyfikacja SIWZ

Miasto Ełk działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, następującym zakresie:

1. Zamawiający, w załączniku nr 5 „Wzór umowy” do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w paragrafie 8, zmienia brzmienie punktu 3, z brzmienia:

„3. Przedmiot umowy objęty jest 36-miesięcznym okresem gwarancyjnym, . Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego potwierdzonego przez obie strony odpowiednim protokołem.”

na brzmienie:

„3. Przedmiot umowy objęty jest 36-miesięcznym okresem gwarancyjnym, chyba że termin w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowi inaczej. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego potwierdzonego przez obie strony odpowiednim protokołem.”

2. Zamawiający, w załączniku nr 5 „Wzór umowy” do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w paragrafie 10, zmienia brzmienie punktu 3, z brzmienia:

„3. 30 % zabezpieczenia zwrócone zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.”

na brzmienie:

„3. 30 % zabezpieczenia zwrócone zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.”

3. Zamawiający zamieszcza nowy, poprawiony załącznik nr 7 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

4. zmienia termin składania ofert i wyznacza go do dnia 22.11.2013 r. do godz. 09:00 oraz zmienia termin otwarcia ofert i wyznacza go na dzień 22.11.2013 r. na godz. 10:00.

Podpis

Z up. PREZYDENTA

Z-ca Prezydenta Miasta

/-/

Artur Urbański

Załączniki:

1. nowy, poprawiony Załącznik nr 5 „wzór umowy” do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. nowy, poprawiony Załącznik nr 7 „szczegółowa specyfikacja istotnych warunków zamówienia” do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.